



RISE

Infrastruttura Strategica della Ricerca
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

2B Stereotaxic System



Per informazioni rivolgersi al
responsabile scientifico:

Prof. Antonio Frigeri

antonio.frigeri@uniba.it

Polo Bio-Health

Dipartimento di Biomedica
Traslazionale e Neuroscienze
(DiBRAIN)

Piazza Giulio Cesare 11, 70124 (BA)

ENG: 2B Digital Stereotaxic System for Neuroscience. High-stability stereotaxic system designed for the precise positioning of electrodes, cannulas, syringes, probes and other devices during experimental neurosurgical procedures in small laboratory animals. The digital configuration provides 00.1 mm positioning resolution. The system is particularly suitable for intracerebral microinjections, electrode and cannula implantation, microdialysis and other in vivo neuroscience applications.

ITA: 2B Stereotassico Digitale per neuroscienze. Sistema stereotassico ad alta stabilità per il posizionamento preciso di elettrodi, cannule, siringhe, sonde e altri dispositivi in procedure di neurochirurgia sperimentale su piccoli animali. La configurazione digitale consente un posizionamento con risoluzione di 00,1 mm. Il sistema è particolarmente indicato per microiniezioni intracerebrali, impianto di elettrodi e cannule, microdialisi e altre procedure di in vivo.